


SURGICAL MASK

3層立体サージカルマスク

ウイルス飛まつなどをブロック



個別包装

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス I 規格適合番号 M12205005						
適合番号発行元: JHPiA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	(区分1)	10.6kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○



PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

特長

- やわらかい平ゴムで耳が痛くなりにくい
- 3層構造でウイルス飛まつ・微小粒子などをしっかりブロック
- 3段プリーツ加工で、鼻や口もとの空間をしっかりキープ

ふつうサイズ
約95×175mm

50枚入
MADE IN CHINA

コードNo.	品名	サイズ	標準価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)/重量	JANコード ITFコード
036-405000-00	3層立体サージカルマスク 50枚入	約95×175mm	オープン	50枚/箱 × 40箱/ケース	【個装】90×180×100/約204g	4 987601 578755 14987601578752
					【ケース】385×530×385/約 8.7 kg	
036-405001-00	3層立体サージカルマスク 50枚入 個包装	約95×175mm	オープン	50枚/箱 × 40箱/ケース	【個装】120×205×100/約260g	4 987601 578762 14987601578769
					【ケース】520×530×430/約11.1kg	

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●ご注文・お問い合わせは